

# ИОНОМЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ И-160М

Руководство по эксплуатации  
МТИС2.840.009 РЭ

## СОДЕРЖАНИЕ

1	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	3
1.1	Принцип работы прибора.....	3
1.2	Конструкция прибора.....	6
1.3	Индикация и управление .....	9
2	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ .....	9
3	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	10
3.1	Подготовка прибора к работе.....	10
3.2	Подготовка электродов к работе.....	11
4	РАБОТА С ПРИБОРОМ .....	11
4.1	Режимы работы прибора .....	11
4.2	Режим «ИЗМЕРЕНИЕ».....	12
4.3	Режим «УСТАНОВКА».....	15
4.4	Режим «НАСТРОЙКА».....	19
4.5	Настройка прибора для измерения рН .....	21
4.6	Настройка прибора в единицах активности рХ.....	27
4.7	Настройка прибора в единицах концентрации.....	30
4.8	Режим контроля параметров.....	33
4.9	Работа с персональным компьютером.....	33
5	ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	34
	ПРИЛОЖЕНИЕ А .....	36
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....	36

Иономер лабораторный И-160М (в далее - прибор), предназначен для измерения температуры анализируемой среды, автоматического преобразования электрических входных сигналов, поступающих от первичных преобразователей рХ или окислительно-восстановительного потенциала водных растворов, в пропорциональные сигналы измерительной информации, индицируемые на цифровом показывающем устройстве, а так же аналоговые и цифровые выходные сигналы.

Прибор может применяться для измерения водородного показателя (рН), а так же показателя активности одновалентных и двухвалентных анионов и катионов (далее – активность ионов, рХ), окислительно-восстановительного потенциала (Еh), температуры (Т), а так же концентрации ионов (сХ) в водных растворах (в соответствии с утвержденными методиками измерений).

Прибор предназначен для использования в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений в различных отраслях народного хозяйства.

Прибор состоит из измерительного преобразователя (далее - преобразователь) и комплекта принадлежностей для измерения.

## **1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

### **1.1 Принцип работы прибора.**

**1.1.1** В основу работы прибора положен потенциометрический метод измерения рХ (рН) и Еh контролируемого раствора.

Работа преобразователя основана на преобразовании ЭДС электродной системы и других источников ЭДС в пропорциональное по величине напряжение, преобразуемое в дальнейшем в цифровой код и аналоговый выходной сигнал.

При измерении рХ (рН) или Еh растворов используется электродная система, состоящая из измерительного и вспомогательного электродов. Электродная система, при погружении в контролируемый раствор, развивает ЭДС, линейно зависящую от активности ионов и температуры раствора.

Электролитический контакт вспомогательного электрода с контролируемым раствором осуществляется с помощью пористой мембраны в торце электрода и обеспечивающей истечение насыщенного раствора КСl в контролируемый раствор. Раствор хлористого калия, непрерывно просачиваясь через мембрану, предотвращает проникновение из контролируемого раствора в систему вспомогательного электрода посторонних ионов, которые могли бы изменить величину потенциала электрода.

1.1.2 При измерении pH результат определяется по формуле (1).

$$pH = pH_{И} + \frac{E - E_{И}}{K_S \cdot S_{t \text{ теор}}}, \quad (1)$$

где pH - величина pH анализируемого раствора, pH, выводится на дисплей в качестве результата;

E - измеренная преобразователем величина ЭДС электродной системы, помещенной в анализируемый раствор, мВ;

pH<sub>И</sub> - координата изопотенциальной точки электрода, pH. Определяется при настройке и хранится в памяти преобразователя.

E<sub>И</sub> - координата изопотенциальной точки электрода, мВ. Определяется при настройке и хранится в памяти преобразователя.

K<sub>S</sub>- поправочный коэффициент, учитывающий отклонение реальной величины крутизны от теоретического значения. Вычисляется при настройке и хранится в памяти преобразователя.

S<sub>t теор</sub> - теоретическая крутизна электродной системы, зависит от температуры анализируемого раствора t и рассчитывается по формуле (2).

$$S_{t \text{ теор}} = -0,1984 \cdot (273,16 + t) / n, \quad (2)$$

где t - температура анализируемого раствора, °С. Измеряется преобразователем или устанавливается пользователем вручную, в зависимости от установленного вида термокомпенсации (4.2.2).

n - коэффициент, зависящий от вида и валентности иона:

Одновалентные катионы, в том числе pH,	n = 1;
Одновалентные анионы,	n = - 1;
Двухвалентные катионы,	n = 2;
Двухвалентные анионы,	n = - 2.

Точка, в которой потенциал электродной системы не зависит от температуры, называется изопотенциальной. Величины E<sub>И</sub> и pH<sub>И</sub> являются координатами изопотенциальной точки.

1.1.3 При измерении активности других ионов результат измерения рассчитывается по формуле (3).

$$pX = pX_{И} + \frac{E - E_{И}}{K_S \cdot S_{t \text{ теор}}}, \quad (3)$$

где  $pX$  - величина  $pX$  анализируемого иона в растворе,  $pX$ , выводится на дисплей в качестве результата;

$E$  - измеренная преобразователем величина ЭДС электродной системы, помещенной в анализируемый раствор, мВ.

$pX_{и}$  - координата изопотенциальной точки электродной пары,  $pX$ . Определяется при настройке и хранится в памяти преобразователя.

$E_{и}$  - координата изопотенциальной точки электродной пары, мВ. Определяется при настройке и хранится в памяти преобразователя.

$S_{t \text{ теор}}$  - теоретическая крутизна электродной системы, рассчитывается для температуры анализируемого (или настроечного) раствора по формуле (2).

$K_s$  - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение реальной величины крутизны от теоретического значения. Определяется при настройке и хранится в памяти преобразователя.

Для электродов с ненормируемыми координатами изопотенциальной точки (кроме стеклянных электродов, селективных к ионам  $Na^+$ ,  $Li^+$ ) координаты  $pX_{и}$  и  $E_{и}$  принимаются равными соответственно активности первого контрольного раствора ( $pX_1$ ) и ЭДС, измеренной при настройке в первом контрольном растворе ( $E_1$ ). Термокомпенсация при этом не действует, измерения должны проводиться при той же температуре, что и настройка.

**1.1.4** Результат измерения в единицах концентрации  $cX$  (для всех ионов, кроме  $H^+$ ), в зависимости от выбранной размерности, определяется по формулам пересчета (4) – (6).

$$cX = 10^{-pX} \cdot K, \quad (4)$$

где  $cX$  - концентрация, моль/л;  
 $K$  - коэффициент активности. Зависит от типа анализируемого иона и принимается равным 1. При измерениях,  $K$  достигается близким к 1 методикой приготовления анализируемого раствора;

$$cX' = M \cdot 10^{-pX} \cdot K, \quad (5)$$

где  $cX'$  - концентрация, г/л;  
 $M$  - молярная масса иона, г/моль;

$$cX'' = |n| \cdot 10^{-pX} \cdot K, \quad (6)$$

где  $cX''$  - концентрация, моль/л экв;  
 $n$  - коэффициент, зависящий от вида и валентности иона (см. пояснения к формуле 2).

**1.1.5** Для измерения температуры используется термокомпенсатор, погружаемый в анализируемый раствор. Сопротивление термокомпенсатора зависит от температуры его чувствительного элемента. Преобразователь измеряет величину сопротивления и преобразовывает ее в температуру раствора.

**1.1.6** Для измерения окислительно-восстановительного потенциала (Eh) используется электродная система, состоящая из редоксметрического измерительного электрода и вспомогательного хлорсеребряного электрода.

## 1.2 Конструкция прибора


Прибор состоит из преобразователя, штатива, электродной системы.

### 1.2.1 Конструкция преобразователя.

Конструктивно измерительный преобразователь представляет собой корпус с расположенной внутри измерительной платой. На лицевой панели расположены цифровой дисплей и органы управления (клавиатура).

Органы управления и элементы внешних электрических соединений имеют соответствующую маркировку.


Общий вид преобразователя и элементы его конструкции приведены на рисунке 1.



1. Цифровой дисплей.
2. Органы управления.

Рисунок 1

Задняя панель преобразователя приведена на рисунке 2.



1. Разъем «ИЗМ.» для подключения измерительного или комбинированного электрода.
2. Гнездо «ВСП.» для подключения вспомогательного электрода.
3. Разъем «С2» для подключения персонального компьютера.
4. Разъем «Выход» для подключения исполнительных устройств (самопишущего потенциометра, блока автоматического титрования или внешнего коммутатора каналов).
5. Разъем «ТК» для подключения термокомпенсатора.
6. Шнур для подключения к сети.
7. Сетевой предохранитель.
8. Выключатель сетевого питания.

**Рисунок 2**

Таблица назначения контактов разъема «Выход» приведена в приложении Б.

### 1.2.2 Штатив.

Штатив поставляется в разобранном виде. Конструкция и порядок сборки приведен в руководстве по эксплуатации штатива, входящем в комплект поставки.

### 1.2.3 Электролитический ключ.

Измерения активности (концентрации) ионов с помощью электродов, чувствительных к ионам калия или хлора, и измерения в пробах малого объема производятся с помощью электролитического ключа.


Электролитический ключ имеет форму цилиндра со сферическим дном, в нижней части которого впаян пористый материал, обеспечивающей электрическую связь пробы с электродом.

Конструкция ключа исключает проникновение в контрольные и исследуемые растворы хлористого калия, вытекающего из корпуса вспомогательного электрода или находящегося в стакане при микроизмерениях.

Подготовка к работе электролитического ключа заключается в предварительном вымачивании в дистиллированной воде в течение суток.

**1.2.3.1** Для проведения измерений электродами, чувствительными к ионам калия или хлора, используется стакан с крышкой, в которой имеются отверстия для установки измерительного электрода, термокомпенсатора (или термометра) и электролитического ключа (рис. 3).

Измерительный электрод помещается в стакан с анализируемым раствором непосредственно, а вспомогательный электрод - через электролитический ключ. В электролитический ключ следует залить раствор, указанный в эксплуатационной документации применяемого измерительного электрода.



- 1. Вспомогательный электрод;
- 2. Крышка;
- 3. Стакан;
- 4. Проба;
- 5. Ключ электролитический;
- 6. Измерительный электрод.

**Рисунок 3**

**1.2.3.2** При микроизмерениях схема аналогична, только микродоза и рабочая часть измерительного электрода помещается в полую часть ключа, а вспомогательный электрод погружается в стакан, заполненный насыщенным раствором KCl. Уровень раствора KCl должен быть таким, чтобы обеспечить надежный контакт с пористой частью ключа.



### 1.3 Индикация и управление

Результаты измерения и другая информация отражается на матричном дисплее, расположенном на лицевой панели преобразователя.

Для управления прибором используются следующие кнопки:

- РЕЖИМ** - выбор режима работы прибора.
- ВВОД** - подтверждение выбранного режима, символов, установленных числовых значений (т.е. по нажатию этой кнопки преобразователь переходит в выбранный режим, запоминает символ или числовое значение).
- ◀ и ▶ - перемещение курсора влево и вправо;
- ▲ и ▼ а) перемещение курсора вверх и вниз;  
б) изменение (редактирование) символов или числовых значений, обозначенных мигающим курсором (рис. 4).



Рисунок 4

## 2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с прибором допускается персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, действующие правила эксплуатации электроустановок и правила работы с химическими реактивами.

Во время профилактических работ и ремонта прибор должен быть отключен от сети.

### 3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

#### 3.1 Подготовка прибора к работе.

Перед эксплуатацией преобразователь необходимо включить в сеть и прогреть в течение 30 мин.

**3.1.1** Для проведения измерений используется электродная пара, состоящая из измерительного и вспомогательного электродов. Измерительный электрод выбирается в соответствии с видом измеряемого иона, требуемого диапазона измерения и температуры раствора и поставляется по отдельному заказу. Вспомогательный электрод сравнения входит в комплект поставки прибора.

Если прибор предполагается использовать для измерения pH, допускается применять комбинированный pH-электрод, в котором измерительный и вспомогательный электроды выполнены в одном корпусе.

Измерительный и вспомогательный электроды устанавливаются на штатив и подключаются соответственно к гнездам «ИЗМ.» и «ВСП.» преобразователя.

Комбинированный pH-электрод подключается к гнезду «ИЗМ.» преобразователя. При этом вспомогательный электрод, имеющийся в комплекте поставки, не используется.

**3.1.2** При первом включении прибора, а так же после длительного перерыва в работе, перед проведением измерений необходимо настроить прибор (4.4).

Для настройки применяют контрольные растворы.

При измерении pH в качестве контрольных растворов необходимо использовать буферные растворы 2-го разряда по ГОСТ 8.135.

Значения pH буферных растворов в зависимости от их температуры приведены в ГОСТ 8.134 и приложении А.

При измерении активности (концентрации) других ионов, приготовление контрольных растворов для настройки прибора производят в соответствии с указаниями, приведенными в методиках выполнения измерений и эксплуатационной документации используемых ионоселективных электродов.

**3.1.3** При проведении измерений активности (концентрации) ионов возможно автоматическое измерение или ручная установка температуры анализируемого раствора.

Ручная установка температуры используется при постоянной температуре растворов.

При ручной установке температуры на штативе устанавливается контрольный термометр, значение температуры анализируемой среды вводится вручную с клавиатуры (4.2.3).

Автоматическое измерение температуры используется при измерениях в растворах с изменяющейся температурой и производится с помощью термокомпенсатора.

Термокомпенсатор предназначен для:

- автоматической компенсации изменения ЭДС электродной системы при изменении температуры раствора - только для электродных систем с нормируемыми координатами изопотенциальной точки (1.1.2, 1.1.3);
- контроля соответствия температуры анализируемого раствора температуре контрольных растворов;
- контроля соответствия температур первого и второго контрольных растворов.

При работе термокомпенсатора глубина его погружения в анализируемый раствор должна быть не менее 30 мм.

При настройке и в процессе измерения желательно использовать один и тот же вид термокомпенсации и диапазон измерения.

Термокомпенсатор устанавливается на штатив и подключается к разъему «ТК».

### **3.2 Подготовка электродов к работе.**

Перед началом работы необходимо подготовить электроды в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на электроды.


## **4 РАБОТА С ПРИБОРОМ**

### **4.1 Режимы работы прибора**

Прибор работает в следующих режимах:

- измерения;
- настройки;
- контроля параметров;
- установка.

Нажатием кнопки **РЕЖИМ** можно войти в главное меню, при этом пользователь получает доступ к режимам **«НАСТРОЙКА»**, **«КОНТРОЛЬ»**, **«УСТАНОВКА»** (рис. 5).



**Рисунок 5.**

Режим «**НАСТРОЙКА**» позволяет произвести настройку прибора по контрольным растворам.

Режим «**КОНТРОЛЬ**» позволяет контролировать параметры электродной системы и условия настройки для выбранного канала.

Режим «**УСТАНОВКА**» позволяет выбрать тип и вид измеряемых ионов, единицы измерения, координаты изопотенциальной точки измерительного электрода.

#### 4.2 Режим «ИЗМЕРЕНИЕ»

Для того, чтобы проводить измерения с нормируемой погрешностью, необходимо подготовить прибор к работе (3) и провести настройку (4.4).

После включения в сеть преобразователь автоматически входит в режим «**ИЗМЕРЕНИЕ**».

На дисплее преобразователя (рис. 6) индицируется номер канала 1, вид термокомпенсации 2, температура 3, единицы измерения 4, тип и вид иона 5, а также значение текущего результата измерения 6.




Рисунок 6

После погружения электродной системы в анализируемый раствор на дисплее преобразователя появляется текущее значение результата измерения 6 (рис. 6).

Время установления стабильных показаний обычно не превышает 3 мин.

Однако, при измерениях в растворах с малой концентрацией, а также при измерениях pH сильноокислых и сильнощелочных растворов при температурах, близких к 0 °C, время установления показаний может возрасти до 10 мин.

При работе с прибором рекомендуется периодически (не реже одного раза в 1 – 2 недели) производить контроль характеристик (4.5.4, 4.6.3, 4.7.3) и, при необходимости, провести повторную настройку данного канала измерения.

В режиме «ИЗМЕРЕНИЕ» пользователем может быть выбран номер канала, вид термокомпенсации и значение температуры (при ручной термокомпенсации).

При измерении активности (концентрации) ионов  $H^+$ ,  $Na^+$ ,  $Li^+$ , возможно проведение измерений в растворах с разной температурой, при этом рекомендуется использовать автоматическое измерение температуры, чем обеспечивается автоматическая компенсация температурного изменения ЭДС электродной системы.

При использовании ручной термокомпенсации, для выполнения термокомпенсации изменения ЭДС электродной системы, температуру анализируемого раствора необходимо измерять контрольным термометром и вводить вручную (4.2.3).

При проведении измерений электродами, для которых не нормируются координаты изопотенциальной точки, для обеспечения нормируемой погрешности, необходимо чтобы температура анализируемого раствора была равна температуре контрольных растворов, использовавшихся при настройке прибора. В случае, если разница температур анализируемого и контрольных растворов превысит  $1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , на дисплей выводится соответствующее предупреждение (5).

К входным разъемам преобразователя подключается одна электродная система (измерительный и вспомогательный электроды или комбинированный электрод).


Наличие девяти рабочих каналов позволяет сохранять настройки на девять разных электродных систем, т.е. любой из каналов может быть настроен под свою электродную систему.

Предварительно проведя настройку каналов, в процессе работы можно использовать разные измерительные электроды.

#### 4.2.1 Выбор канала измерения.

Порядок выбора рабочего канала измерения приведен в таблице 1.

**Таблица 1**

	Выполняемые действия	Информация на дисплее
1	Нажатием кнопок ◀ и ▶ установить курсор на цифру, обозначающую номер канала.	 <p>КАНАЛ 1 Tr 20,9 °C 100.0 μmol/l (Ca+Mg)<sup>++</sup></p>
2	Кнопками ▲, и ▼ выбрать номер канала. Нажать кнопку <b>ВВОД</b> .	

#### 4.2.2 Установка вида термокомпенсации.





Прибор может работать при автоматической «Тa» или ручной «Тр» термокомпенсации.

Изменение вида термокомпенсации возможно только при подключенном к преобразователю термокомпенсаторе.

При отключении термокомпенсатора преобразователь автоматически переходит в режим ручной термокомпенсации.

Порядок изменения вида термокомпенсации приведен в таблице 2.

**Таблица 2**







Выполняемые действия		Информация на дисплее
1	Нажатием кнопки  установить курсор на символ вида термокомпенсации.	
2	Кнопками  , и  выбрать вид термокомпенсации (например, «Тa»). Нажать кнопку <b>ВВОД</b> .	

#### 4.2.3 Ручная установка температуры.

Ручная установка температуры производится только в режиме ручной термокомпенсации.

Порядок ручной установки температуры приведен в таблице 3.

**Таблица 3**

Выполняемые действия		Информация на дисплее
1	Нажатием кнопки  переместить курсор в поле значения температуры.	
2	Кнопками  ,  и  ,  (1.3) установить знак и поразрядно, начиная со старшего разряда числа, ввести необходимое значение температуры, например «+20,0 °C». Нажать кнопку <b>ВВОД</b> .	

**Примечание** - Знак «+» при положительном значении температуры, а так же незначащие нули после окончания редактирования температуры на дисплее не высвечиваются.

**4.2.4** Измерение окислительно-восстановительного потенциала Eh и потенциала электродной системы.

Для измерения окислительно-восстановительного потенциала Eh необходимо подключить к преобразователю измерительный редокс-электрод, например, ЭПКЛ-03М или аналогичный и вспомогательный электрод ЭВЛ-1МЗ, выбрать единицы измерения «mV» (4.3.2).

При использовании платинового измерительного электрода, для проверки работоспособности прибора в режиме измерения Eh, электроды погрузить в измерительную ячейку со свежеприготовленным раствором состава:

$$\frac{K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O}{K_3[Fe(CN)_6]} = \frac{3,8}{13,5}, \text{ г/л.}$$

Показания преобразователя при температуре раствора 25 °С должны составлять  $(275 \pm 15)$  мВ.

При использовании измерительного электрода другого типа, для проверки работоспособности прибора в режиме измерения Eh, необходимо выполнить указания, приведенные в эксплуатационной документации используемого измерительного электрода.



Аналогично, выбрав единицы измерения «mV» (4.3.2), можно измерить потенциал любой электродной системы.

### **4.3 Режим «УСТАНОВКА»**

В режиме «УСТАНОВКА» можно выбрать вид измеряемых ионов, единицы измерения и установить координаты изопотенциальной точки измерительного электрода (если выбранный канал настроен для работы с ионами H<sup>+</sup>, Na<sup>+</sup>, Li).

Порядок включения режима «УСТАНОВКА» приведен в таблице 4.

**Таблица 4**

Выполняемые действия		Информация на дисплее
1	В главном меню (4.1) кнопками ▲ и ▼ выделить рамкой «УСТАНОВКА». Нажать кнопку <b>ВВОД</b> .	
2	На дисплей выводится меню, позволяющее изменить: - вид измеряемых ионов; - единицы измерения; - координаты изопотенциальной точки измерительного электрода.	

**Примечание** - Строчка «**КОординАТЫ рХи и Еи**» высвечивается на дисплее только если выбранный канал настроен для работы с ионами  $H^+$ ,  $Na^+$ ,  $Li^+$ .

**4.3.1** Выбор вида иона.

Порядок выбора вида иона приведен в таблице 5.

**Таблица 5**

Выполняемые действия		Информация на дисплее
1	В режиме «УСТАНОВКА» кнопками ▲, ▼ выделить рамкой «ВИД ИОНА». Нажать кнопку <b>ВВОД</b> .	
2	Кнопками ▲, ▼ и ◀, ▶ выделить рамкой необходимый ион. Нажать кнопку <b>ВВОД</b> .	

Если необходимый ион отсутствует в предлагаемом перечне, выбирается символ «X». При выборе символа «X» преобразователь запрашивает заряд и валентность измеряемого иона: «-», «--», «+», «++».



**Внимание!**


1 При изменении вида иона на каком-либо из каналов преобразователь автоматически переходит в режим настройки данного канала. При этом необходимо подключить электродную систему, в соответствии с выбранным ионом и провести настройку.

2 При выборе ионов  $H^+$ ,  $Na^+$ ,  $Li^+$ , преобразователь предварительно предлагает ввести (изменить) координаты изопотенциальной точки (4.3.3).

**4.3.2 Выбор единиц измерения.**

Порядок выбора единиц измерения приведен в таблице 6.

**Таблица 6**

	Выполняемые действия	Информация на дисплее
1	В режиме «УСТАНОВКА» кнопками ▲, ▼ выделить рамкой «РАЗМЕРНОСТЬ». Нажать кнопку ВВОД.	
2	Кнопками ▲, ▼ и ◀, ▶ выделить рамкой необходимую единицу измерения, например, «рХ». Нажать кнопку ВВОД.	

**Примечания:**

1 Если данный канал настроен на ион «Н» (4.3.1) на дисплее высвечиваются только единицы измерения «рН» и «mV».

2 При измерении в единицах концентрации (например, «г/л») кратные единицы («мг/л» и «мкг/л») преобразователь выбирает автоматически, в зависимости от результата измерения.

В процессе измерения возможна индикация результата в разных единицах. При этом точность измерения снижается.

Измерение в разных единицах без снижения точности возможно при условии, что настройка на выбранном канале производилась для каждой из применяемых единиц измерения.

В памяти преобразователя для всех рабочих каналов хранятся данные настройки для всех единиц измерения, в которых производилась настройка.

Если настройка в выбранных единицах измерения не производилась, то переход от одних единиц к другим осуществляется путем пересчета по формулам согласно таблице 7. При этом точность измерения понижается.

**Таблица 7**

Единицы измерения активности и концентрации контрольных растворов	Единицы представления информации				
	pX	Моль/л	Моль/л экв	г/л	г/кг
pX		$10^{pX}$	$n10^{pX}$	$M10^{pX}$	$kM10^{pX}$
Моль/л (сX)	$-lg cX$		$n cX$	$M cX$	$kM cX$
Моль/л экв.(сX')	$-lg cX'+lg(n)$	$cX'/n$		$M cX'/n$	$kM cX'/n$
г/л (сX'')	$-lg cX''+lg(M)$	$cX''/M$	$n cX''/M$		$k cX''$
г/кг (сX''')	$-lg cX''' +lg(kM)$	$cX'''/kM$	$n cX'''/kM$	$cX'''/k$	

В таблице 7 использованы следующие обозначения:

M - молярная масса иона, г/моль;

n - заряд иона;

k - поправочный коэффициент, определяется методикой измерения иона.

**4.3.3 Установка координат изопотенциальной точки.**



Перед проведением настройки в единицах активности (концентрации) ионов  $H^+$ ,  $Na^+$ ,  $Li^+$  следует ввести координаты изопотенциальной точки ( $pX_{и}$  и  $E_{и}$ ).

Значения координат изопотенциальной точки приводятся в эксплуатационной документации применяемых измерительных электродов.


Порядок установки координат изопотенциальной точки приведен в таблице 8.

**Таблица 8**

Выполняемые действия	Информация на дисплее
----------------------	-----------------------

<p>1 В режиме «УСТАНОВКА» кнопками ▲, ▼ выделить рамкой «КОординАТЫ рХи и Еи». Нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p>	
<p>2 На дисплей выводится значение рХи, предложенное преобразователем, например «7,000 рН». При необходимости, кнопками ◀, ▶ и ▲, ▼, ввести новое значение рХи. Нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p>	

#### Продолжение таблицы 8

<p>3 При этом на дисплей выводится значение Еи, предложенное преобразователем, или значение предшествующей настройки, например «-0025,0 mV». При необходимости, кнопками ◀, ▶ и ▲, ▼ ввести новое значение Еи. Нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p>	
---	---

#### 4.4 Режим «НАСТРОЙКА»

Настройку прибора по контрольным растворам необходимо проводить в следующих случаях:

- при вводе прибора в эксплуатацию, в том числе после ремонта или длительного хранения;
- по результатам периодического контроля характеристик прибора, если обнаружится их несоответствие нормируемым параметрам;
- перед проведением поверки прибора;
- при изменении рабочего диапазона измерения прибора.

Кроме того, для повышения точности измерений, рекомендуется проводить настройку прибора при изменении единиц измерения (4.3.2).

Настройку следует проводить после проведения подготовительных операций (3).

До начала настройки следует выбрать канал (4.1.1), вид термокомпенсации (4.1.2), вид иона (4.3.1), единицы измерения (4.3.2) и, при необходимости, координаты изопотенциальной точки (4.3.3).

**Внимание!**

Во избежание потери данных настройки, введенных в память преобразователя, не рекомендуется без необходимости входить в режим «НАСТРОЙКА».

При случайном нарушении данных настройки необходимо провести ее сначала.

Условия настройки для обеспечения измерения величины рХ растворов с погрешностью:  $\pm 0,1$ ;  $\pm 0,05$ ;  $\pm 0,02$  рХ приведены в таблице 9.

**Таблица 9**

№ п/п	Влияющие факторы	погрешность измерений		
		$\pm 0,1$ рХ	$\pm 0,05$ рХ	$\pm 0,02$ рХ
1.	Погрешность аттестации контрольных растворов, рХ	$\pm 0,05$	$\pm 0,025$	$\pm 0,005$
2.	Точность поддержания температуры контрольных растворов, °С	$\pm 1,0$	$\pm 0,5$	$\pm 0,1$
3.	Необходимость настройки по нагретому/охлажденному второму контрольному раствору <sup>1</sup>	-	возможна	необходима
4.	Максимальный рабочий диапазон (рХ) при настройке по одному раствору <sup>2</sup>	$\pm 2$ рХ	$\pm 1$ рХ	$\pm 0,4$ рХ

**Примечания:**

1 Настройка по нагретому/охлажденному второму контрольному раствору возможна только при измерении концентрации (активности) ионов  $H^+$ ,  $Na^+$ ,  $Li^+$  и используется при разбросе температур анализируемых растворов более 10 °С.

2 При проведении измерений после настройки по одному раствору максимальный рабочий диапазон анализируемых растворов (рХ) указан относительно величины рХ контрольного раствора при условии равенства температур анализируемого и контрольного растворов.

При проведении настройки, перед погружением электродной системы и термокомпенсатора (термометра) в контрольный раствор, их необходимо промыть дистиллированной водой той же температуры, что и контрольные растворы, затем остатки воды удалить фильтровальной бумагой.

#### 4.5 Настройка прибора для измерения рН

В качестве измерительного электрода, в зависимости от диапазона рН и температуры анализируемого раствора, рекомендуется использовать, измерительный электрод, например, ЭСЛ-43-07СР или ЭСЛ-63-07СР, или комбинированный электрод, например, ЭСК-10601 или ЭСК-10301 (поставляются по отдельному заказу).

Настройку производят после проведения подготовительных операций (3, 4.4).

Для настройки прибора в единицах рН используются два буферных раствора.

В качестве первого буферного раствора следует использовать раствор, наиболее близкий к началу, второго - наиболее близкий к концу диапазона измерения.


Контроль настройки осуществляется по третьему буферному раствору в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ».

При применении для настройки прибора стандартных буферных растворов по ГОСТ 8.135 преобразователь автоматически выбирает значение активности применяемого стандартного раствора в соответствии с температурой буферного раствора (приложение А), и это значение высвечивается на дисплее.

##### 4.5.1 Настройка по первому буферному раствору.

Порядок настройки по первому буферному раствору приведен в таблице 10.


Таблица 10

Выполняемые действия	Информация на дисплее
1 В главном меню кнопками ▲ и ▼ выделить рамкой «НАСТРОЙКА». Нажать кнопку <b>ВВОД</b> .	

- 2 Погрузить электродную систему и термокомпенсатор (или контрольный термометр) в первый буферный раствор.


*(При использовании ручной термокомпенсации (Tr), необходимо ввести значение температуры первого буферного раствора, измеренное контрольным термометром, 4.2.3.)*

Нажать кнопку **ВВОД**.



- 3 Дождаться установления стабильных показаний температуры и ЭДС (отмечены стрелками).

При этом на дисплей выводится значение рН первого буферного раствора, автоматически определенная преобразователем, например 4,005 рН.




**Продолжение таблицы 10**

Если редактировать значение рН первого буферного раствора не требуется, нажать кнопку **ВВОД**.

Если редактирование необходимо, используя кнопки ◀, ▶ и ▲, ▼ ввести необходимую величину рН первого буферного раствора и нажать **ВВОД**.

- 4 Преобразователь предлагает провести настройку по второму буферному раствору (4.5.2).



**Примечание** - При нажатии кнопки **РЕЖИМ** на любом этапе настройки (4.5.1, 4.5.2, 4.5.3) на дисплей выводится меню (рис. 7), позволяющее закончить настройку и выйти в режим «**ИЗМЕРЕНИЕ**» или повторить предыдущий этап настройки.




Рисунок 7.

#### 4.5.2 Настройка по второму буферному раствору

При работе прибора в узком диапазоне измерения pH допускается выполнение настройки по одному раствору (таблица 9).

Для проведения измерений в широком диапазоне необходимо выполнить настройку по второму буферному раствору.

Процедура настройки по второму буферному раствору аналогична настройке по первому раствору (4.5.1).

После ввода значения pH второго буферного раствора преобразователь предлагает провести настройку по второму буферному раствору с нагреванием/охлаждением (4.5.3).

#### **Внимание!**

1 Если в процессе настройки по двум растворам в правом нижнем углу дисплея появится сообщение « $Ks < 0,8$  ( $Ks > 1,2$ )», необходимо заменить буферные растворы и повторить настройку. Если сообщение повторится, необходимо заменить электроды.

2 При ошибочном использовании во время настройки растворов с одинаковым значением активности, на дисплее появляется сообщение: «**ВНИМАНИЕ! pH1=pH2 НАЖМИТЕ ВВОД**». Для устранения ошибки нажать **ВВОД** и повторить настройку по второму буферному раствору.

**4.5.3** Настройка по второму буферному раствору с нагреванием/охлаждением.

Настройка по нагретому/охлажденному раствору производится, если предполагается проводить измерения в пробах, температура которых отличается от температуры буферных растворов более чем на 10 °C.

При настройке по нагретому/охлажденному раствору производится корректировка значений координат изопотенциальной точки с паспортных значений (введенных по 4.3.3) на реальные значения используемого электрода. При этом точность измерений существенно увеличивается.

Порядок настройки по нагретому/охлажденному раствору при использовании **автоматической термокомпенсации «Тa»** приведен в таблице 11.

**Таблица 11**

Выполняемые действия

Информация на дисплее



- 1 Погрузить электродную систему и термокомпенсатор в нагретый/охлажденный второй буферный раствор.

Нажать кнопку **ВВОД**.

- 2 Дождаться установления стабильных показаний температуры и ЭДС (отмечены стрелками).

При этом на дисплей выводится значение pH второго буферного раствора, автоматически определенная преобразователем, например 9,066 pH.

- 3 Если редактировать значение pH не требуется, нажать кнопку **ВВОД**.

Если редактирование необходимо, используя кнопки ◀, ▶ и ▲, ▼ ввести необходимую значение pH второго буферного раствора и нажать **ВВОД**.

Прибор автоматически переходит в режим «**ИЗМЕРЕНИЕ**».

- 4 Контроль правильности проведения настройки осуществляется в режиме «**ИЗМЕРЕНИЕ**» по третьему буферному раствору (4.5.4).

КАНАЛ 1	Ta	40.0 °C
НАГРЕЙТЕ / ОХЛАДИТЕ ВТОРОЙ РАСТВОР И НАЖМИТЕ ВВОД		
H <sup>+</sup>		

КАНАЛ 1	Ta	40.0 °C
-280.0mV		
pH2'	9.066	
H <sup>+</sup>		

Порядок настройки по нагретому/охлажденному раствору при использовании **ручной термокомпенсации «Tr»** приведен в таблице 12.

**Таблица 12**

Выполняемые действия	Информация на дисплее
<p>1 Поместить электродную систему и контрольный термометр в нагретый/охлажденный второй буферный раствор.</p> <p>Дождаться стабилизации показаний термометра.</p> <p>Кнопками ◀, ▶ и ▲, ▼ установить знак и значение температуры, в соответствии с показаниями контрольного термометра, например 40,0 °С (отмечено стрелкой). Нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p> <p>3 Дождаться установления стабильных показаний ЭДС (отмечено стрелкой).</p> <p>При этом на дисплей выводится значение рН второго буферного раствора, автоматически определенная преобразователем, например 9,066 рН.</p> <p>Дальнейшая процедура аналогична настройке с использованием автоматической термокомпенсации (таблица 11, поз. 3).</p>	 

**4.5.4** Контроль настройки по третьему буферному раствору.  
Контроль производится в режиме «**ИЗМЕРЕНИЕ**».

Промыть и погрузить электродную систему и термокомпенсатор (или контрольный термометр) в третий буферный раствор, например, 6,823 рН.

При использовании ручной термокомпенсации ввести температуру раствора (4.2.3).

После стабилизации показаний на дисплее должна установиться значе- ние рН, отличающаяся от значения активности третьего раствора на вели- чину не более допустимой погрешности (таблица 9). В противном случае настройку следует повторить.

### **Внимание!**

*При каждом перемещении электродной системы из одного раствора в другой тщательно промывать электродную систему в дистиллированной воде той же температуры, что и буферные растворы. Капли воды уда- лить фильтровальной бумагой.*

## **4.6 Настройка прибора в единицах активности рХ**

Выбрать измерительный электрод в зависимости от вида и типа изме- ряемого иона и диапазона температуры анализируемого раствора.

В данном разделе приводится пример настройки прибора в единицах ак- тивности ионов  $\text{NO}_3^-$ . В этом случае в качестве измерительного электрода рекомендуется использовать электрод ЭМ-02.06.04 или аналогичный (по- ставляется по отдельному заказу).

Настройку производят после проведения подготовительных операций (3, 4.4).

Для настройки прибора в режиме измерения активности рХ используются два контрольных раствора с равными температурами (таблица 9).

В качестве первого контрольного раствора следует использовать рас- твор, наиболее близкий к началу, второго - наиболее близкий к концу диапа- зона измерения.

Контроль настройки осуществляется по третьему контрольному раствору в режиме «**ИЗМЕРЕНИЕ**».

Контрольные растворы готовятся по соответствующим методикам в за- висимости от вида и типа измеряемого иона, например «Методические указа- ния по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства».

### **4.6.1 Настройка по первому контрольному раствору.**

Порядок настройки по первому контрольному раствору приведен в таблице 13.

**Таблица 13**

Выполняемые действия	Информация на дисплее
<p>1 В главном меню кнопками ▲ и ▼ выделить рамкой «НАСТРОЙКА». Нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p>	
<p>2 Погрузить электродную систему и термокомпенсатор (или контрольный термометр) в первый контрольный раствор, например 4,000 рХ. <i>(При использовании ручной термокомпенсации (Tr), необходимо ввести значение температуры первого контрольного раствора, измеренное контрольным термометром, 4.2.3.).</i> Нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p>	
<p>При этом на дисплей выводится значение рХ первого контрольного раствора предыдущей настройки.</p> <p>Дождаться установления стабильных показаний температуры и ЭДС (отмечены стрелкой).</p> <p>3 Если редактировать значение концентрации первого раствора не требуется, нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p> <p>Если редактирование необходимо, используя кнопки ◀, ▶ и ▲, ▼ ввести необходимую значение рХ первого контрольного раствора и нажать <b>ВВОД</b>.</p>	

Продолжение таблицы 13

4 Преобразователь предлагает провести настройку по второму контрольному раствору (4.6.2).

КАНАЛ 1	Ta	25,0 °C
ПОМЕСТИТЕ ЭЛЕКТРОД ВО ВТОРОЙ РАСТВОР И НАЖМИТЕ ВВОД		
NOЭ		

**Примечание** - При нажатии кнопки **РЕЖИМ** на любом этапе настройки (4.6.1, 4.6.2) на дисплей выводится меню (рис. 7), позволяющее закончить настройку и выйти в режим «**ИЗМЕРЕНИЕ**» или повторить предыдущий этап настройки.

#### 4.6.2 Настройка по второму контрольному раствору

При работе прибора в узком диапазоне измерения рХ допускается выполнение настройки по одному раствору (таблица 9). Для проведения измерений в широком диапазоне необходимо выполнить настройку по второму раствору.

Процедура настройки по второму раствору аналогична настройке по первому раствору (4.6.1).

Температура второго контрольного раствора должна быть равна температуре первого раствора (таблица 9).

После ввода величины рХ второго контрольного раствора прибор автоматически переходит в режим «**ИЗМЕРЕНИЕ**».

#### **Внимание!**

1 Если в процессе настройки по двум растворам в правом нижнем углу дисплея появится сообщение « **$Ks < 0,8$  ( $Ks > 1,2$ )**», необходимо заменить контрольные растворы и повторить настройку. Если сообщение повторится, необходимо заменить электроды.

2 При ошибочном использовании во время настройки растворов с одинаковой активностью на дисплее появляется сообщение: «**ВНИМАНИЕ!  $pX1 = pX2$  НАЖМИТЕ ВВОД**». Для устранения ошибки нажать **ВВОД** и повторить настройку по второму контрольному раствору.

3. Сообщение « **$Dt > 1,5$  °C**» появляется на дисплее при автоматическом измерении температуры, если превышена допустимая разница температур контрольных растворов.

#### 4.6.3 Контроль настройки по третьему контрольному раствору.

Контроль производится в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ».

Промыть и погрузить электродную систему и термокомпенсатор (или контрольный термометр) в третий контрольный раствор, например, 3,000 рХ.

При использовании ручной термокомпенсации ввести температуру раствора (4.2.3).

После стабилизации показаний на дисплее должна установиться значе- ние рХ, отличающаяся от значения активности третьего раствора на вели- чину не более допустимой погрешности (таблица 9). В противном случае настройку следует повторить.

### **Внимание!**

*При каждом перемещении электродной системы из одного раствора в другой тщательно промывать электродную систему в дистиллированной воде той же температуры, что и контрольные растворы. Капли воды уда- лить фильтровальной бумагой.*

## **4.7 Настройка прибора в единицах концентрации.**

Выбрать измерительный электрод в зависимости от вида и типа изме- ряемого иона и диапазона температуры анализируемого раствора.

В данном разделе приводится пример настройки прибора в единицах концентрации ионов  $\text{NO}_3^-$ . В этом случае в качестве измерительного электро- да рекомендуется использовать электрод ЭМ-02.06.04 (поставляется по от- дельному заказу).

Настройку производят после проведения подготовительных операций (3, 4.4).

Для настройки прибора в режиме измерения концентрации используются два контрольных раствора с равными температурами (таблица 9).




В качестве первого контрольного раствора следует использовать рас- твор, наиболее близкий к началу, второго - наиболее близкий к концу диапа- зона измерения.

Контроль настройки осуществляется по третьему контрольному раствору в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ».

Контрольные растворы готовятся по соответствующим методикам в за- висимости от вида и типа измеряемого иона, например «Методические указа- ния по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства».

### **4.7.1 Настройка по первому контрольному раствору.**

Порядок настройки по первому контрольному раствору приведен в таб- лице 14.

Выполняемые действия	Информация на дисплее
<p>1 В главном меню кнопками ▲ и ▼ выделить рамкой «НАСТРОЙКА». Нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p>	
<p>2 Погрузить электродную систему и термокомпенсатор (или контрольный термометр) в первый контрольный раствор, например 36 мг/кг. <i>(При использовании ручной термокомпенсации (Tr), необходимо ввести значение температуры первого контрольного раствора, измеренное контрольным термометром, 4.2.3.)</i> Нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p> <p>При этом на дисплей выводится значение концентрации первого контрольного раствора предыдущей настройки.</p>	
<p>3 Дождаться установления стабильных показаний температуры и ЭДС (отмечены стрелкой).</p> <p>Если редактировать значение концентрации первого раствора не требуется, нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p> <p>Если редактирование необходимо, используя кнопки ◀, ▶ и ▲, ▼ ввести необходимое значение концентрации первого контрольного раствора и нажать кнопку <b>ВВОД</b>.</p>	

Продолжение таблицы 14

4 Преобразователь предлагает провести настройку по второму контрольному раствору (4.7.2).	<table border="1"> <tr> <td>КАНАЛ 1</td> <td>Ta</td> <td>25,0 °C</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ПОМЕСТИТЕ ЭЛЕКТРОД ВО ВТОРОЙ РАСТВОР И НАЖМИТЕ ВВОД</td> </tr> <tr> <td colspan="3">NO3</td> </tr> </table>	КАНАЛ 1	Ta	25,0 °C	ПОМЕСТИТЕ ЭЛЕКТРОД ВО ВТОРОЙ РАСТВОР И НАЖМИТЕ ВВОД			NO3		
КАНАЛ 1	Ta	25,0 °C								
ПОМЕСТИТЕ ЭЛЕКТРОД ВО ВТОРОЙ РАСТВОР И НАЖМИТЕ ВВОД										
NO3										

**Примечание** - При нажатии кнопки **РЕЖИМ** на любом этапе настройки (4.7.1, 4.7.2) на дисплей выводится меню (рис. 7), позволяющее закончить настройку и выйти в режим «**ИЗМЕРЕНИЕ**» или повторить предыдущий этап настройки.

#### 4.7.2 Настройка по второму контрольному раствору.

При работе прибора в узком диапазоне измерения концентрации допускается выполнение настройки по одному раствору (таблица 9). Для проведения измерений в широком диапазоне необходимо выполнить настройку по второму раствору.

Процедура настройки по второму раствору аналогична настройке по первому раствору (4.7.1).

Температура второго контрольного раствора должна быть равна температуре первого раствора (таблица 9).

После ввода величины концентрации второго контрольного раствора прибор автоматически переходит в режим «**ИЗМЕРЕНИЕ**».

#### **Внимание!**

1 Если в процессе настройки по двум растворам в правом нижнем углу дисплея появится сообщение « $K_s < 0,8$  ( $K_s > 1,2$ )», необходимо заменить контрольные растворы и повторить настройку. Если сообщение повторится, необходимо заменить электроды.

2 При ошибочном использовании во время настройки растворов с одинаковой концентрацией на дисплее появляется сообщение: «**ВНИМАНИЕ! C1 = C2 НАЖМИТЕ ВВОД**». Для устранения ошибки нажать **ВВОД** и повторить настройку по второму контрольному раствору.

3. Сообщение « $Dt > 1,5$  °C» появляется на дисплее при автоматическом измерении температуры, если превышена допустимая разница температур контрольных растворов.

**4.7.3** Контроль настройки по третьему контрольному раствору. Контроль производится в режиме «**ИЗМЕРЕНИЕ**».



Промыть и погрузить электродную систему и термокомпенсатор (или контрольный термометр) в третий контрольный раствор, например, 360 мг/кг.

При использовании ручной термокомпенсации ввести температуру раствора (4.2.3).

После стабилизации показаний на дисплее должна установиться значе- ние, отличающаяся от значения концентрации третьего раствора на вели- чину не более допустимой погрешности. В противном случае настройку сле- дует повторить.

### **Внимание!**

*При каждом перемещении электродной системы из одного раствора в другой тщательно промывать электродную систему в дистиллированной воде той же температуры, что и контрольные растворы. Капли воды уда- лить фильтровальной бумагой.*

## **4.8 Режим контроля параметров**

Режим «**КОНТРОЛЬ**» позволяет контролировать параметры электродной системы и условия настройки для выбранного канала.

В главном меню (4.1) кнопками ▲ и ▼ выделить рамкой «**КОНТРОЛЬ**». Нажать кнопку **ВВОД**.

В режиме «**КОНТРОЛЬ**» на дисплее последовательно отображаются:

- 1) значения координат изопотенциальной точки (если выбранный канал настроен для работы с ионами  $H^+$ ,  $Na^+$ ,  $Li^+$ ); значение коэффициента крутизны электродной системы  $K_s$ ; усредненное значение температу- ры контрольных растворов;
- 2) значения активности (концентрации) первого контрольного раствора и его температура;
- 3) значения активности (концентрации) второго контрольного раствора и его температура.

Переход от одной группы контролируемых значений к другой производит- ся кнопками ▲ и ▼.

## **4.9 Работа с персональным компьютером.**

Преобразователь может работать с персональным IBM совместимым компьютером.

В комплект прибора, по требованию заказчика, может включаться дискета, содержащая программу связи с компьютером, инструкцию по установке и работе с программой (в файле *readme.doc*), а так же кабель для соединения преобра- зователя с компьютером.

Кабель подсоединяется к разъему «C2» преобразователя и разъему «RS-232C» компьютера.

## 5 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 15.

**Таблица 15**

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1	2	3
1 При включении преобразователя в сеть не светится дисплей.	Перегорел предохранитель, обрыв в сетевом шнуре.	Проверить и заменить предохранитель, проверить и отремонтировать шнур сетевого питания.
2 Показания преобразователя неустойчивы или на дисплей выводится сообщение: <b>«ПЕРЕГРУЗКА ПО ВХОДУ»</b> .	Отсутствие контакта в разъемах кабелей подключения электродов. Неисправность электродов.	Проверить и обеспечить надежный контакт, проверить сопротивление вспомогательного электрода, при необходимости переzapравить или заменить электрод, проверить исправность измерительного электрода.
3 На дисплей выводится сообщение: <b>«ПЕРЕГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТА»</b> .	Результат измерения превышает диапазон показаний преобразователя. Неверно проведена настройка. Отсутствие контакта в разъемах кабелей подключения электродов. Неисправность электродов.	Повторить настройку данного канала по свежеприготовленным растворам, проверить исправность электродов.

Продолжение таблицы 15

1	2	3
4 После проведения настройки прибора на дисплей выводится сообщение: « $K_s < 0,8$ » или « $K_s > 1,2$ »	Неверно проведена настройка. Неисправность электродов.	Повторить настройку данного канала по свежеприготовленным растворам, проверить исправность электродов.
5 При проведении измерений на дисплей выводится сообщение: « $\Delta t > 1,5 \text{ }^\circ\text{C}$ »	Температура анализируемого раствора отличается от температуры контрольных растворов более, чем на $1,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .	Привести значение температуры анализируемого раствора в соответствие с температурой контрольных растворов.
6 При настройке прибора по контрольным растворам показания дисплея почти не изменяются.	Неисправность электродов.	Проверить и заменить электроды

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(справочное)

Значения рН буферных растворов

**Таблица А.1**

°С	0,05 М раствор тетраоксалата калия	Насыщенный при 20°С раствор калия виннокислого	0,05 М раствор калия фталиевокислого	0,025 М раствор калия фосфорно-кислого однозамещенного и 0,025 М раствор натрия фосфорнокислого двузамещенного	0,01 М раствор тетраборнокислого натрия
0	-	-	4,000	6,961	9,451
5	-	-	3,998	6,935	9,388
10	1,638	-	3,997	6,912	9,329
15	1,642	-	3,998	6,891	9,275
20	1,644	-	4,001	6,873	9,225
25	1,646	3,556	4,005	6,857	9,179
30	1,648	3,549	4,011	6,843	9,138
37	1,649	3,544	4,022	6,828	9,086
40	1,650	3,542	4,027	6,823	9,066
50	1,653	3,544	4,050	6,814	9,099
60	1,660	3,553	4,080	6,817	8,965
70	1,67	3,57	4,12	6,83	8,93
80	1,69	3,60	4,16	6,85	8,91
90	1,72	3,63	4,21	6,90	8,90
95	1,73	3,65	4,24	6,92	8,89

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(справочное)

Назначение контактов разъема «Выход»

**Таблица Б.1**

№ контакта	Назначение
8	Аналоговый выход «0 ... 2 В»
6	«Общий» аналогового выхода
7	Аналоговый выход «0 ... 100 мВ»
10	Цифровой код номера канала. Код 1
3	Цифровой код номера канала. Код 2
11	Цифровой код номера канала. Код 4
4	Цифровой код номера канала. Код 8
9	«Общий» цифрового выхода

